

XIANTAO GENERALCARE PROTECTION PRODUCTS CO., LTD.

9D,Huangjin, Village, Xiantao, Hubei, China

Certificado de análisis

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nombre del Producto | | MASCARILA QUIRURGICA DESCARTABLE DE 3 PLIEGUES CON TIRAS | | | |
| Color | AZUL | Talla | Unica | Marca | MEDISA |
| Nº | GC1701IM | Cantidad | 480,000 | Lote del Producto | GC1701IM |
| Registro Sanitario | No Requiere | Fecha Fabricación | 12/08/2017 | Fecha Expiración | 12/08/2022 |
| Elemento de Prueba | | Criterios | | | Prueba |
| Materia Prima | | Tela no tejida de polipropileno SMS | | | Aprobado |
| Descripcion | | Mascarilla plana, rectangular con tiras de tres pliegues descartable, elaborado con tres capas de tela, con 4 amarras de sujecion y moldura nasal metalico. El tejido no permite el desgarro durante su uso, tampoco desprende pelusas. | | | Aprobado |
| Medidas | | 17.5 x 9.5 cm | | | Aprobado |
| Peso del tejido | | 17/20/25 Gsm | | | Aprobado |
| Pliegues | | 3 pliegues | | | |
| Condicion Biologica | | aseptico, atoxico e hipoalergenico | | | Aprobado |
| Prueba de Textura | | Suave al contacto con la piel, Posee alta eficiencia a la filtracion bacteriana del 99 % que puedan producir enfermedades. | | | Aprobado |
| Uso | | Diseñado para cubrir la nariz y la boca del paciente o cualquier personal medico previniendo la contaminacion del area quirurgica. | | | Aprobado |
| Presentacion | | Caja de carton x 50 Piezas | | | Aprobado |
| Envase | | Caja de carton que garantice las propiedades fisicas de producto, resistente a la manipulacion y condiciones de almacenamiento. | | | Aprobado |
| Conclusion | | El lote cumple con las normas establecidas. Le garantizamos la eficacia de los materiales y las tecnicas con las que se ha diseñado este producto | | | |




Melissa Hinostroza Yucra
QUÍMICO - FARMACÉUTICO
C.Q.F.P. N° 14570